FRILJET

Anesthésie locale par cryoanesthésie
Test de vitalité pulpaire

PRESENTATION
Flacon pressurisé (200 g) en aluminium muni d'une canule ; volume net : 171,5 ml.

COMPOSITION
• Tétrafluoroéthane • Huile essentielle de menthe poivrée • Ethanol

INDICATIONS
• Anesthésie locale par cryoanesthésie pour interventions courtes : incision d'abcès, extraction de dents de lait, de racines, de dents pyorrhéiques.
• Test de vitalité pulpaire.
L'utilisation de ce produit ne présente pas de risque chez l'enfant ou la femme enceinte ou allaitant.

CONTRE-INDICATIONS
• Insuffisances cardiaques et/ou respiratoires (forme spray). • Allergie connue à l'un des composants.

PROPRIETES
Le tétrafluoroéthane exerce une action anesthésique par réfrigération : son évaporation rapide de la surface où il est appliqué, entraîne une diminution importante de la température de cette surface pendant quelques dizaines de secondes.
Lorsque l'abaissement de température atteint le seuil de transmission synaptique, il se produit une anesthésie de surface.
Cette activité (cryoanesthésie), limitée aux tissus superficiels et à une surface restreinte, est de durée suffisante pour les interventions odontostomatologiques courtes. De plus, elle est totalement réversible.
L'abaissement de la température de l'émail dentaire entraîne un stimuli de la pulpe dentaire (légère douleur) permettant de contrôler la vitalité de la dent testée.

MODE D'EMPLOI
Cryoanesthésie
Oter le capot de protection et adapter la canule. Placer la canule à 5-10 cm de la zone à anesthésier. Pulvériser rapidement le produit en dessinant une spirale de plus en plus serrée autour de la zone à traiter. La réfrigération se manifeste par un blanchiment de la muqueuse. L'anesthésie ainsi obtenue est de courte durée.

Test de vitalité pulpaire
Imprégner une boulette de coton avec du FRILJET. Placer la boulette imprégnée sur l'émail de la dent dont on veut vérifier la vitalité.

PRECAUTIONS D'EMPLOI
• **Inflammable. Contient du tétrafluoroéthane et de l'éthanol**.
• Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
• Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
• Récipient sous pression. Ne pas percer ou brûler, même après usage.
• A protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
• Conserver hors de portée des enfants.
• **Attention** : ce produit induit un abaissement de température des tissus jusqu'à – 25 °C et peut entraîner des nécroses tissulaires si le mode d'emploi n'est pas respecté.
• Usage local uniquement : limiter la zone d'application en bouche.
• Eviter la pulvérisation au niveau des muqueuses lésées (présence d'éthanol).
• En cas de muqueuse fragile, réduire la quantité administrée.
• Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
• Ne pas respirer les aérosols.
• Ne pas utiliser FRILJET sans la canule.
• NETTOYER LA CANULE AVEC UNE LINGETTE DESINFECTANTE (par exemple SEPTOL™ Lingettes) APRES CHAQUE UTILISATION.

FRILJET

Anesthésie locale par cryoanesthésie
Test de vitalité pulpaire

TOXICITE

Les études effectuées sur le 1, 1, 1, 2-Tétrafluoroéthane, composant majeur du FRILJET, ont montré la très faible toxicité de celui-ci.
Le FRILJET présente une bonne tolérance dans des conditions normales d'utilisation.

CONSERVATION

- 2 ans à partir de la date de fabrication.
- Ne pas utiliser après la date limite d'utilisation figurant sur le conditionnement.
- Conserver à une température comprise entre + 5 et + 25 °C.
- Récipient sous pression. Ne pas percer ou brûler, même après usage.
- A protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.

ELIMINATION DES PRODUITS

Récipient sous pression. Ne pas percer ou brûler, même après usage.
Recycler ou éliminer conformément aux législations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. Ne pas procéder à l'élimination dans l'environnement.

CE
0120

Produit professionnel dentaire.
Classification selon la Directive Européenne 93/42/CEE
Dispositif médical de classe IIa

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND - 17 av. Gustave Eiffel - 33700 MERIGNAC - France - Tel. : +33 (0) 556 34 06 07

Doc Q RD 415/06
21 septembre 2012